

Hasta Bilgileri Ad Soyad: Gökhan Gültekin Cinsiyet: Erkek Yaş: 46 yıl Boy: 172 cm Kilo: 74,0 kg

TERAPİ ÖZETİ

Çarşamba, 06 Mayıs 2026

UYKU KALİTESİ PUANI
MÜKEMMEL TERAPİ

A

SEANS ZAMANLAMA

Başlangıç: 06 May 2026 10:04:12
Bitiş: 06 May 2026 11:49:19
Süre: 1h 45m 07s

CİHAZ & MOD

Mod: BiLEVEL-T
Cihaz: AIRPAP ASV
Seri No: SV47259999

SEANS OLAYLARI

Uyku Olayları: 4
Param Değişimleri: 7
Patolojik Olaylar: 4

2,3

AHI

Apnea-Hypopnea

• Normal (<5)

1,7

OAI

Obstr. Apne

• Hafif

0,6

HI

Hipopne

• Normal

0,0

CAI

Santral Apne

• Normal

0,0

SI

Horlama

• Düşük

BASINÇ (mbar)

7,5 14,9 18,3 20,9 2,0
Ortalama P90 P95 Maks Min

KAÇAK (L/min)

0,0 0,9 0,0 0,0
Medyan P95 Byk Kaçak % Byk Olay

TİDAL VOLÜM (mL)

161 173 32 1065 1532
Ortalama Medyan Min Maks Sayı

SOLUNUM HIZI (br/min)

17,3 20,0 5,0 50,0
Ortalama Medyan Min Maks

17,3 ns/dak — Normal (12–20)

OLAY KARIŞIMI

APNEA x3
HIPOPNEA x1

TERAPİ ZAMAN DAĞILIMI

Normal 1h 41m (96%) APNEA 3m 40s (3%) HIPOPNEA 1s (0%)

Model: AIRPAP ASV Seri: SV47259999 YZ: 1.06

Sayfa 2 / 6

TERAPİ BAŞLANGIÇ

10:04:12

06.05.2026

TERAPİ BİTİŞ

11:49:19

06.05.2026

SÜRE

1s 45d 07s

MOD

BiLEVEL-T

OLAYLAR

4

4 kapalı

PARAM DEĞİŞİM

7

2 mod

Başlangıç Parametreleri / Ayarları

BAŞLANGIÇ MODU BiLEVEL-T

#	Parametre Adı	Değer	#	Ayar Adı	Değer
17	İnspirasyon Basıncı	15,0	0	Rampa	0,0
18	Ekspirasyon Basıncı	5,0	1	Maske Testi	0,0
19	İnspirasyon Eğimi	1,0	2	Isıttıcı Seviyesi	1,0
20	Ekspirasyon Eğimi	4,0	3	Isıttıcı Açık/Kapalı	0,0
21	Frekans	12,0	4	Ses Seviyesi	1,0
22	İnspirasyon Süresi	1,0	5	Ekran Parlaklığı	10,0
23	Asist Modu	0,0	6	Otomatik Başlama	0,0
24	İç Çekme	0,0	7	Otomatik Durma	0,0

Bitiş Parametreleri / Ayarları


BİTİŞ MODU BiLEVEL-T

#	Parametre Adı	Değer	#	Ayar Adı	Değer
17	İnspirasyon Basıncı	15,0	0	Rampa	0,0
18	Ekspirasyon Basıncı	5,0	1	Maske Testi	0,0
19	İnspirasyon Eğimi	1,0	2	Isıttıcı Seviyesi	1,0
20	Ekspirasyon Eğimi	4,0	3	Isıttıcı Açık/Kapalı	0,0
21	Frekans	12,0	4	Ses Seviyesi	1,0
22	İnspirasyon Süresi	1,0	5	Ekran Parlaklığı	10,0
23	Asist Modu	0,0	6	Otomatik Başlama	0,0
24	İç Çekme	0,0	7	Otomatik Durma	0,0


İstatistikler

Basınç Histogramı / Kaçak Histogramı

Basınç Histogramı — Her Basınç Düzeyinde Geçirilen Süre




Kaçak Histogramı — Her Kaçak Oranında Geçirilen Süre




Tidal Volüm Dağılımı / Solunum Hızı Dağılımı

Tidal Volüm Dağılımı — Volüme Göre Nefes Sayısı



Solunum Hızı Dağılımı — Hıza Göre Nefes Sayısı



Basınç İstatistikleri

İstatistik	Değer	Birim
Ortalama Basınç	7,5	mbar
Medyan Basınç (P50)	5,0	mbar
90. Persentil (P90)	14,9	mbar
95. Persentil (P95)	18,3	mbar
Tepe Basıncı (Maks)	20,9	mbar
Min Basınç	2,0	mbar

Kaçak İstatistikleri

İstatistik	Değer	Birim
Medyan Kaçak Hızı	0,0	L/min
95. Persentil Kaçak (P95)	0,9	L/min
Büyük Kaçak Süresi	0s	
Seansın % Kaçak	0,0	%
Büyük Kaçak Olayları	0	olay

Olay İstatistikleri

İstatistik	Değer	Birim
AHI (Apne-Hipopne)	2,3	olay/s
OAI (Obstr. Apne)	1,7	olay/s
HI (Hipopne)	0,6	olay/s
CAI (Santral Apne)	0,0	olay/s
SI (Horlama)	0,0	olay/s
Toplam Olay	4	
Normal Süre	101m 26s	
APNEA		
Sayı	3	
Toplam Süre	3m 40s	
Maks. Süre	2m 26s	



HIPOPNEA	
Sayı	1
Toplam Süre	1s
Maks. Süre	1s

Model: AIRPAP ASV Seri: SV47259999 YZ: 1.06

Sayfa 5 / 6

Uyku Olayları

ID	Ad	Başlangıç	Bitiş	Süre	Kapalı
1	APNEA	10:28:12-6.5.2026	10:28:13-6.5.2026	14580 cs	Evet
1	APNEA	10:38:51-6.5.2026	10:50:43-6.5.2026	7335 cs	Evet
2	HIPOPNEA	10:50:58-6.5.2026	10:50:58-6.5.2026	107 cs	Evet
1	APNEA	10:50:59-6.5.2026	10:50:59-6.5.2026	112 cs	Evet

Param Değişim

Tarih/Saat	Mod	Değiştirilen Param.	Yeni Değer
10:9:57-6.5.2026	BiLEVEL-T	[17] İnspirasyon Basıncı	20,0
10:18:31-6.5.2026	BiLEVEL-T	[21] Frekans	20,0
10:28:12-6.5.2026	BiLEVEL S	MOD DEĞİŞİMİ	
10:30:40-6.5.2026	BiLEVEL S	[13] İnspirasyon Hassasiyeti	3,0
11:3:20-6.5.2026	BiLEVEL-T	MOD DEĞİŞİMİ	
11:17:45-6.5.2026	BiLEVEL-T	[17] İnspirasyon Basıncı	15,0
11:29:31-6.5.2026	BiLEVEL-T	[21] Frekans	12,0

Model: AIRPAP ASV Seri: SV47259999 YZ: 1.06

Sayfa 6 / 6

