



Model: VENTISENSE PRO Serial: VP09260520 SW: 1.31

Sayfa 1 / 6

Hasta Bilgileri Ad Soyad: Gökhan Gültekin Cinsiyet: Erkek Yaş: 46 yıl Boy: 172 cm Kilo: 74,0 kg

## VENTİSENSE – SEANS ÖZETİ

Çarşamba, 06 Mayıs 2026

| SEANS ZAMANLAMA                 | CİHAZ & MOD           | AYAR / ALARMLAR     |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Başlangıç: 06 May 2026 18:28:40 | Mod: VCV              | Aktif Ayar: Setup 2 |
| Bitiş: 06 May 2026 18:46:08     | Model: VENTISENSE PRO | Alarm Sayısı: 1     |
| Süre: 0h 17m 28s                | Seri No: VP09260520   | Param Değişim: 6    |

| ALARM SAYISI         | EN UZUN ALARM            | ALARM SÜRESİ | PARAM DEĞİŞİMİ |
|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 1                    | 0m 20s                   | 1,9%         | 6              |
| Kırmızı: 0   Sarı: 1 | Yüksek İnspirasyon Hacmi |              |                |

| BASINÇ (mbar) | KAÇAK (L/min) |
|---------------|---------------|
| 10,0          | 0,6           |
| Ortalama      | Medyan        |
| 19,3          | 0,8           |
| P90           | P95           |
| 19,8          | 0,0           |
| P95           | Byk Kaçak %   |
| 27,3          | 0,0           |
| Maks          | Byk Olay      |
| 0,3           |               |
| Min           |               |

| TERAPİ ZAMAN DAĞILIMI                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div></div></div> <div>Normal 17m 08s (98%) Yüksek İnspirasyon Hacmi 20s (2%)</div> |

## TERAPİ BİLGİSİ

TERAPİ BAŞLANGIÇ

18:28:40

06.05.2026

TERAPİ BİTİŞ

18:46:08

06.05.2026

SÜRE

0h 17m 28s

AKTİF SETUP

Setup 2

VCV

ALARMLAR

1

0 kırmızı

PARAM DEĞİŞİM

6

3 mod

## SETUP PARAMETRELERİ

| SETUP 1 – APCV                      |       | SETUP 2 – VCV [AKTİF]               |       | SETUP 3 – PCV                       |      |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| Mod                                 | APCV  | Mod                                 | VCV   | Mod                                 | PCV  |
| IPAP Basıncı                        | 18,0  | IPAP Basıncı                        | 20,0  | IPAP Basıncı                        | 22,0 |
| PEEP Basıncı                        | 7,0   | PEEP Basıncı                        | 5,0   | PEEP Basıncı                        | 6,0  |
| Hedef Hacim                         | 0,0   | Hedef Hacim                         | 400,0 | Hedef Hacim                         | 0,0  |
| Frekans                             | 15,0  | Frekans                             | 12,0  | Frekans                             | 20,0 |
| İnspirasyon Süresi                  | 1,0   | İnspirasyon Süresi                  | 1,2   | İnspirasyon Süresi                  | 1,0  |
| Maks. Basınç                        | 60,0  | Maks. Basınç                        | 28,0  | Maks. Basınç                        | 60,0 |
| Min. Basınç                         | 9,0   | Min. Basınç                         | 7,0   | Min. Basınç                         | 8,0  |
| Basınç Desteği (PS)                 | 12,0  | Basınç Desteği (PS)                 | 15,0  | Basınç Desteği (PS)                 | 2,0  |
| I-Eğimi                             | 0,0   | I-Eğimi                             | 1,0   | I-Eğimi                             | 1,0  |
| İç Çekme                            | 0,0   | İç Çekme                            | 0,0   | İç Çekme                            | 0,0  |
| İnspirasyon Tetikleme               | 8,0   | İnspirasyon Tetikleme               | 7,0   | İnspirasyon Tetikleme               | 10,0 |
| Ekspirasyon Tetikleme               | 50,0  | Ekspirasyon Tetikleme               | 100,0 | Ekspirasyon Tetikleme               | 30,0 |
| Tetikleme Kilidi                    | 0,0   | Tetikleme Kilidi                    | 0,0   | Tetikleme Kilidi                    | 0,0  |
| Maks. İnspirasyon Süresi            | 10,0  | Maks. İnspirasyon Süresi            | 10,0  | Maks. İnspirasyon Süresi            | 10,0 |
| Min. İnspirasyon Süresi             | 1,4   | Min. İnspirasyon Süresi             | 1,3   | Min. İnspirasyon Süresi             | 0,3  |
| Apne Süresi                         | 10,0  | Apne Süresi                         | 10,0  | Apne Süresi                         | 10,0 |
| CPAP Basıncı                        | 10,0  | CPAP Basıncı                        | 10,0  | CPAP Basıncı                        | 10,0 |
| Akış Hızı                           | 30,0  | Akış Hızı                           | 30,0  | Akış Hızı                           | 30,0 |
| [A] Apne Alarmı                     | 0,0   | [A] Apne Alarmı                     | 10,0  | [A] Apne Alarmı                     | 0,0  |
| [A] Yüksek Frekans Alarmı           | 0,0   | [A] Yüksek Frekans Alarmı           | 0,0   | [A] Yüksek Frekans Alarmı           | 0,0  |
| [A] Düşük Frekans Alarmı            | 0,0   | [A] Düşük Frekans Alarmı            | 0,0   | [A] Düşük Frekans Alarmı            | 0,0  |
| [A] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı | 250,0 | [A] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı | 0,0   | [A] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı | 0,0  |
| [A] Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı  | 0,0   | [A] Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı  | 0,0   | [A] Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı  | 0,0  |
| [A] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı | 0,0   | [A] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı | 0,0   | [A] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı | 0,0  |
| [A] Düşük Ekspirasyon Hacmi Alarmı  | 0,0   | [A] Düşük Ekspirasyon Hacmi Alarmı  | 0,0   | [A] Düşük Ekspirasyon Hacmi Alarmı  | 0,0  |
| [A] Yüksek Dakika Hacim Alarmı      | 0,0   | [A] Yüksek Dakika Hacim Alarmı      | 0,0   | [A] Yüksek Dakika Hacim Alarmı      | 0,0  |
| [A] Düşük Dakika Hacim Alarmı       | 0,0   | [A] Düşük Dakika Hacim Alarmı       | 0,0   | [A] Düşük Dakika Hacim Alarmı       | 0,0  |
| [A] Kaçak Alarmı                    | 0,0   | [A] Kaçak Alarmı                    | 0,0   | [A] Kaçak Alarmı                    | 0,0  |
| [A] Yüksek FIO2                     | 0,0   | [A] Yüksek FIO2                     | 0,0   | [A] Yüksek FIO2                     | 0,0  |
| [A] Düşük FIO2                      | 0,0   | [A] Düşük FIO2                      | 0,0   | [A] Düşük FIO2                      | 0,0  |
| [A] Yüksek SPO2                     | 0,0   | [A] Yüksek SPO2                     | 0,0   | [A] Yüksek SPO2                     | 0,0  |



Model: VENTISENSE PRO Serial: VP09260520 SW: 1.31

Sayfa 3 / 6


|                      |     |                      |     |                      |     |
|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|
| [A] Düşük SPO2       | 0,0 | [A] Düşük SPO2       | 0,0 | [A] Düşük SPO2       | 0,0 |
| [A] Yüksek Kalp Hızı | 0,0 | [A] Yüksek Kalp Hızı | 0,0 | [A] Yüksek Kalp Hızı | 0,0 |
| [A] Düşük Kalp Hızı  | 0,0 | [A] Düşük Kalp Hızı  | 0,0 | [A] Düşük Kalp Hızı  | 0,0 |

#### SİSTEM AYARLARI


| Ayar                 | Değer |
|----------------------|-------|
| Hekim Menüsü Erişimi | 1,0   |
| Pediyatrik Mod       | 0,0   |
| Oto Ayar Değiştir    | 0,0   |
| Harici Nemlendirici  | 0,0   |
| Kaçak Kompanzasyonu  | 0,0   |
| LCD Parlaklığı       | 10,0  |
| Ses Seviyesi         | 1,0   |

## BASINÇ / KAÇAK HİSTOGRAMI

Basınç Histogramı — Her Basınç Düzeyinde Süre




Kaçak Histogramı — Her Kaçak Hızında Süre




## TİDAL VOLÜM / SOLUNUM HIZI HİSTOGRAMI

Tidal Volüm Dağılımı



Solunum Hızı Dağılımı



## BASINÇ / KAÇAK İSTATİSTİKLERİ

| BASINÇ       |      |      | KAÇAK             |     |       |
|--------------|------|------|-------------------|-----|-------|
| Ortalama     | 10,0 | mbar | Medyan            | 0,6 | L/min |
| Medyan (P50) | 7,0  | mbar | P95               | 0,8 | L/min |
| P90          | 19,3 | mbar | Büyük Kaçak %     | 0,0 | %     |
| P95          | 19,8 | mbar | Büyük Kaçak Olayı | 0,0 | olay  |
| Maks         | 27,3 | mbar |                   |     |       |
| Min          | 0,3  | mbar |                   |     |       |

## TİDAL VOLÜM / SOLUNUM HIZI


| TİDAL VOLÜM (mL) |     | SOLUNUM HIZI (br/min) |      |
|------------------|-----|-----------------------|------|
| Ortalama         | 315 | Ortalama              | 14,2 |
| Medyan           | 284 | Medyan                | 15,0 |
| Min              | 274 | Min                   | 6,0  |
| Maks             | 653 | Maks                  | 17,6 |
| Nefes Sayısı     | 240 |                       |      |

## PARAMETRE DEĞİŞİMLERİ (6)

| Zaman    | Ayar    | Mod    | Değiş.Ayar  | Parametre                            | Yeni Değer |
|----------|---------|--------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 18:33:24 | Setup 2 | VCV    | Setup 2     | [3] Hedef Hacim                      | 350,0      |
| 18:33:43 | Setup 2 | VCV    | Setup 1     | >> MOD DEĞİŞİMİ                      | AVCV       |
| 18:33:47 | Setup 2 | VCV    | Setup 1     | >> MOD DEĞİŞİMİ                      | P-SIMV     |
| 18:34:04 | Setup 2 | VCV    | Setup 1     | [1] IPAP Basıncı                     | 20,0       |
| 18:34:07 | Setup 1 | SIMV-P | Setup 2 > 1 | >> AYAR DEĞİŞİMİ                     |            |
| 18:34:47 | Setup 1 | SIMV-P | Setup 1     | [27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı | 350,0      |

## ALARM KAYITLARI (1)

| ID | Öncelik | Alarm Adı                | Başlangıç | Bitiş    | Süre   |
|----|---------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| 3  | • Sarı  | Yüksek İnspirasyon Hacmi | 18:34:28  | 18:34:48 | 0m 20s |



BAŞLANGIÇ

0:00

Pnömosisili ve Pnömo Hata son

4:44 5:03 5:24 5:48 6:08

10:00

15:00

BİTİŞ

17:28