

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 1 / 10

Hasta Bilgileri

Ad Soyad:

Gökhan Gültekin

Cinsiyet:

Erkek

Yaş:

46 yıl

Boy:

172 cm

Kilo:

74,0 kg

ÇOK SEANS ÖZETİ

06 May 2026 – 06 May 2026

8 seans

KAYIT BAŞLANGIÇ

06 May 2026 15:07:15

KAYIT BİTİŞ

06 May 2026 19:05:53

TOPLAM SÜRE

2h 03m

TOPLAM ALARM

67

Basınç (Ort.) (mbar)

Ø 9,7

↓0,3 ↑147,2

Sızıntı (Medyan) (L/min)

Ø 0,7

↓0,1 ↑98,1

Tidal Hacim (Ort.) (mL)

Ø 317,9

↓20,5 ↑2056,1

Solunum Hızı (Ort.) (br/min)


Ø 16,7

↓2,5 ↑40,0

Basınç (Ort.) (mbar)




Sızıntı (Medyan) (L/min)



Tidal Hacim (Ort.) (mL)



Solunum Hızı (Ort.) (br/min)



Seans Özeti

#	Seans Başlangıcı	Seans Bitişi	Süre	Başlangıç Modu	Bitiş Modu	Toplam Alarm
1	06 May 2026 15:07	06 May 2026 15:25	0h 18m	PCV	PCV	0
2	06 May 2026 15:26	06 May 2026 15:46	0h 20m	PCV	VCV	36
3	06 May 2026 17:10	06 May 2026 17:28	0h 17m	PCV	VCV	11

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 2 / 10

Seanslar — Başlangıç / Bitiş Modları

#	Seans Başlangıcı	Seans Bitişi	Süre	Başlangıç Modu	Bitiş Modu
1	06 May 2026 15:07:15	06 May 2026 15:25:57	0h 18m	PCV	PCV
2	06 May 2026 15:26:03	06 May 2026 15:46:14	0h 20m	PCV	VCV
3	06 May 2026 17:10:53	06 May 2026 17:28:13	0h 17m	PCV	VCV
4	06 May 2026 17:28:19	06 May 2026 17:32:43	0h 04m	VCV	PCV
5	06 May 2026 17:33:03	06 May 2026 17:36:18	0h 03m	PCV-A	VCV
6	06 May 2026 18:04:53	06 May 2026 18:27:31	0h 22m	PCV-A	PCV-A
7	06 May 2026 18:28:40	06 May 2026 18:46:08	0h 17m	VCV	SIMV-P
8	06 May 2026 18:46:29	06 May 2026 19:05:53	0h 19m	PCV	PCV

Moda Göre Başlangıç Parametreleri — seans değerleri

Mod	Sıra	Parametre Adı	Min	Maks	↓
PCV	1	IPAP Basıncı	20,0	20,0	
	2	PEEP Basıncı	5,0	5,0	
	3	Hedef Hacim	0,0	0,0	
	4	Frekans	12,0	12,0	
	5	İnspirasyon Süresi	1,0	1,2	↓
	9	I-Eğimi	0,0	1,0	↓
	10	İç Çekme	0,0	0,0	
	27	Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	28	Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	29	Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	30	Düşük Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	31	Yüksek Dakika Hacim Alarmı	0,0	0,0	
	32	Düşük Dakika Hacim Alarmı	0,0	0,0	
	33	Kaçak Alarmı	0,0	0,0	
	34	Yüksek FiO2	0,0	0,0	
	35	Düşük FiO2	0,0	0,0	
	36	Yüksek SPO2	0,0	0,0	
	37	Düşük SPO2	0,0	0,0	
	38	Yüksek Kalp Hızı	0,0	0,0	
	39	Düşük Kalp Hızı	0,0	0,0	
VCV	2	PEEP Basıncı	5,0	5,0	
	3	Hedef Hacim	300,0	400,0	↓
	4	Frekans	12,0	20,0	↓
	5	İnspirasyon Süresi	1,0	1,2	↓
	6	Maks. Basınç	28,0	60,0	↓
	7	Min. Basınç	7,0	7,0	
	10	İç Çekme	0,0	0,0	
	27	Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	28	Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 3 / 10

VCV	29	Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	30	Düşük Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	31	Yüksek Dakika Hacim Alarmı	0,0	0,0	
	32	Düşük Dakika Hacim Alarmı	0,0	0,0	
	33	Kaçak Alarmı	0,0	0,0	
	34	Yüksek FiO2	0,0	0,0	
	35	Düşük FiO2	0,0	0,0	
	36	Yüksek SPO2	0,0	0,0	
	37	Düşük SPO2	0,0	0,0	
	38	Yüksek Kalp Hızı	0,0	0,0	
PCV-A	39	Düşük Kalp Hızı	0,0	0,0	
	1	IPAP Basıncı	20,0	20,0	
	2	PEEP Basıncı	5,0	5,0	
	3	Hedef Hacim	0,0	300,0	↑
	4	Frekans	20,0	20,0	
	5	İnspirasyon Süresi	1,0	1,2	↑
	6	Maks. Basınç	60,0	60,0	
	7	Min. Basınç	7,0	7,0	
	8	Basınç Desteği (PS)	12,0	12,0	
	9	I-Eğimi	0,0	0,0	
	10	İç Çekme	0,0	0,0	
	11	İnspirasyon Tetikleme	10,0	10,0	
	12	Ekspirasyon Tetikleme	50,0	50,0	
	13	Tetikleme Kilidi	0,0	0,0	
	14	Maks. İnspirasyon Süresi	10,0	10,0	
	15	Min. İnspirasyon Süresi	1,4	1,4	
	16	Apne Süresi	10,0	10,0	
	17	CPAP Basıncı	10,0	10,0	
	18	Akış Hızı	30,0	30,0	
	24	Apne Alarmı	0,0	0,0	
	25	Yüksek Frekans Alarmı	0,0	0,0	
	26	Düşük Frekans Alarmı	0,0	0,0	
	27	Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	28	Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	29	Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	30	Düşük Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0	0,0	
	31	Yüksek Dakika Hacim Alarmı	0,0	0,0	
	32	Düşük Dakika Hacim Alarmı	0,0	0,0	
	33	Kaçak Alarmı	0,0	0,0	
	34	Yüksek FiO2	0,0	0,0	
	35	Düşük FiO2	0,0	0,0	
	36	Yüksek SPO2	0,0	0,0	
	37	Düşük SPO2	0,0	0,0	
	38	Yüksek Kalp Hızı	0,0	0,0	



NEFES Medikal Teknoloji

Ventisense Çok Seans Raporu

07.05.2026 12:39:30

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 4 / 10

PCV-A

39

Düşük Kalp Hızı

0,0

0,0

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 5 / 10

Toplu İstatistikler — Tüm Seanslar

İstatistik	Min	Ortalama (Ø)	Maks	Birim
Solunum İstatistikleri				
Basınç (Ort.)	8,0	9,7	10,4	mbar
Sızıntı (Medyan)	0,1	0,7	0,8	L/dak
Tidal Hacim (Ort.)	269,3	317,9	400,6	mL
Solunum Hızı (Ort.)	12,0	16,7	19,3	solunum/dak
Süreler				
Seans Süresi	3,2	15,4	22,6	dak
Alarmlar				
Toplam Alarm Sayısı	0,0	8,4	36,0	olay
Alarm Yüğü	0,0	35,0	136,1	%
Toplam Alarm Süresi	0,0	305,0	1648,0	sn
Yüksek Öncelikli (Kırmızı) Alarm	0,0	3,8	20,0	olay
Orta Öncelikli (Sarı) Alarm	0,0	4,6	16,0	olay
Parametre Değişimleri				
Param. Değişim / Seans	0,0	10,8	27,0	değişim
Mod Değişim / Seans	0,0	1,6	6,0	değişim
Ayar Değişim / Seans	0,0	1,8	8,0	değişim

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 6 / 10

Alarm Kayıtları — Tüm Seanslar

Seans	ID	Öncelik	Alarm	Başlangıç	Bitiş	Süre
#2	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	15:26:50	15:29:21	2m 31s
#2	5	● Sarı	Yüksek Ekspirasyon Hacmi	15:26:57	15:29:21	2m 24s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:27:21	15:29:10	1m 49s
#2	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	15:30:19	15:31:12	0m 53s
#2	5	● Sarı	Yüksek Ekspirasyon Hacmi	15:30:24	15:30:51	0m 27s
#2	18	● Kırmızı	Tıkanıklık	15:31:02	15:32:33	1m 31s
#2	35	● Sarı	VE Okunamıyor	15:31:07	15:31:38	0m 31s
#2	16	● Kırmızı	Yüksek PEEP Basıncı	15:31:17	15:33:27	2m 10s
#2	11	● Sarı	Düşük FiO2	15:31:47	15:33:25	1m 38s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:32:38	15:32:43	0m 05s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:32:48	15:32:53	0m 05s
#2	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	15:32:54	15:33:47	0m 53s
#2	5	● Sarı	Yüksek Ekspirasyon Hacmi	15:32:54	15:33:47	0m 53s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:32:59	15:33:03	0m 04s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:33:09	15:33:14	0m 05s
#2	35	● Sarı	VE Okunamıyor	15:34:57	15:35:14	0m 17s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:35:31	15:35:36	0m 05s
#2	10	● Sarı	Yüksek FiO2	15:35:36	15:36:26	0m 50s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:35:41	15:35:47	0m 06s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:35:52	15:35:57	0m 05s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:36:02	15:36:15	0m 13s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:37:23	15:37:48	0m 25s
#2	35	● Sarı	VE Okunamıyor	15:37:56	15:38:29	0m 33s
#2	18	● Kırmızı	Tıkanıklık	15:37:56	15:38:29	0m 33s
#2	16	● Kırmızı	Yüksek PEEP Basıncı	15:38:05	15:38:29	0m 24s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:38:32	15:38:40	0m 08s
#2	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	15:39:05	15:40:50	1m 45s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:39:36	15:40:48	1m 12s
#2	35	● Sarı	VE Okunamıyor	15:39:59	15:40:41	0m 42s
#2	34	● Sarı	Düşük Basınç Sınırına Ulaşıldı	15:40:02	15:40:50	0m 48s
#2	18	● Kırmızı	Tıkanıklık	15:41:29	15:42:11	0m 42s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:42:12	15:42:13	0m 01s
#2	4	● Sarı	Düşük İnspirasyon Hacmi	15:43:23	15:44:20	0m 57s
#2	9	● Kırmızı	Kaçak Alarmı	15:44:55	15:45:41	0m 46s
#2	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	15:44:56	15:45:38	0m 42s
#2	34	● Sarı	Düşük Basınç Sınırına Ulaşıldı	15:45:26	15:45:41	0m 15s
#3	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	17:13:14	17:14:38	1m 24s
#3	5	● Sarı	Yüksek Ekspirasyon Hacmi	17:13:17	17:13:43	0m 26s
#3	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	17:13:43	17:14:38	0m 55s

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 7 / 10

#3	35	● Sarı	VE Okunamıyor	17:13:47	17:14:08	0m 21s
#3	34	● Sarı	Düşük Basiñ Sınırına Ulaşıldı	17:14:08	17:14:38	0m 30s
#3	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	17:14:50	17:15:39	0m 49s
#3	5	● Sarı	Yüksek Ekspirasyon Hacmi	17:14:56	17:15:39	0m 43s
#3	1	● Sarı	Yüksek Frekans	17:20:37	17:21:10	0m 33s
#3	10	● Sarı	Yüksek FiO2	17:20:52	17:21:32	0m 40s
#3	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	17:21:05	17:21:15	0m 10s
#3	0	● Kırmızı	Apne Alarmı	17:25:47	17:25:51	0m 04s
#4	10	● Sarı	Yüksek FiO2	17:29:23	17:30:20	0m 57s
#4	1	● Sarı	Yüksek Frekans	17:29:26	17:29:48	0m 22s
#4	18	● Kırmızı	Tıkanıklık	17:29:57	17:30:04	0m 07s
#4	1	● Sarı	Yüksek Frekans	17:29:57	17:30:20	0m 23s
#4	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	17:32:10	17:32:37	0m 27s
#5	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	17:34:14	17:34:47	0m 33s
#5	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	17:34:24	17:34:44	0m 20s
#5	35	● Sarı	VE Okunamıyor	17:34:29	17:34:44	0m 15s
#5	33	● Sarı	Yüksek Basiñ Sınırına Ulaşıldı	17:35:59	17:36:08	0m 09s
#6	35	● Sarı	VE Okunamıyor	18:09:59	18:10:05	0m 06s
#6	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	18:10:05	18:10:16	0m 11s
#6	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	18:17:29	18:18:06	0m 37s
#6	35	● Sarı	VE Okunamıyor	18:19:32	18:19:38	0m 06s
#6	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	18:19:32	18:19:48	0m 16s
#6	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	18:19:32	18:19:54	0m 22s
#7	3	● Sarı	Yüksek İnspirasyon Hacmi	18:34:28	18:34:48	0m 20s
#8	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	18:48:54	18:49:05	0m 11s
#8	18	● Kırmızı	Tıkanıklık	18:53:18	18:53:42	0m 24s
#8	35	● Sarı	VE Okunamıyor	18:53:18	18:53:45	0m 27s
#8	20	● Kırmızı	Bağlantı Kopması	19:03:10	19:03:14	0m 04s

Parametre Değişimleri — Tüm Seanslar

Seans	Tarih/Saat	Aktif Ayar	Mod	Değiş.Ayar	Parametre	Yeni Değer
#2	15:26:37 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[4] Frekans	15,0
#2	15:26:41 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	200,0
#2	15:26:47 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[29] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	200,0
#2	15:26:54 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[34] Yüksek FiO2	30,0
#2	15:28:25 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[34] Yüksek FiO2	0,0
#2	15:29:17 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[29] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#2	15:29:20 06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#2	15:29:28 06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#2	15:30:00 06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[1] IPAP Basıncı	20,0
#2	15:30:06 06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	100,0
#2	15:30:11 06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[29] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	100,0

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 8 / 10

#2	15:30:16	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	30,0
#2	15:31:29	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	30,0
#2	15:31:33	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[35] Düşük FiO2	40,0
#2	15:33:18	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[35] Düşük FiO2	0,0
#2	15:33:41	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	0,0
#2	15:33:44	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[29] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#2	15:33:46	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#2	15:35:23	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	10,0
#2	15:36:22	06.05.2026	Setup 2	SIMV-P	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	0,0
#2	15:36:33	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#2	15:37:06	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[4] Frekans	20,0
#2	15:37:09	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[3] Hedef Hacim	400,0
#2	15:38:57	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	250,0
#2	15:40:54	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#2	15:43:15	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[28] Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı	500,0
#2	15:44:18	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[28] Düşük İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#2	15:44:47	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[33] Kaçak Alarmı	3,0
#2	15:45:43	06.05.2026	Setup 3	VCV	Setup 3	[33] Kaçak Alarmı	0,0
#3	17:11:13	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[4] Frekans	20,0
#3	17:11:41	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 2	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:11:47	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 2	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:11:52	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 2	[3] Hedef Hacim	350,0
#3	17:11:58	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 2	[4] Frekans	20,0
#3	17:12:08	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#3	17:12:58	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[6] Maks. Basınç	60,0
#3	17:13:05	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	100,0
#3	17:13:10	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[29] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	150,0
#3	17:13:26	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[7] Min. Basınç	7,0
#3	17:15:34	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[29] Yüksek Ekspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#3	17:15:36	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#3	17:16:18	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[3] Hedef Hacim	400,0
#3	17:16:24	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 1	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:16:29	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 1	[8] Basınç Desteği (PS)	10,0
#3	17:17:33	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#3	17:17:39	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	[8] Basınç Desteği (PS)	12,0
#3	17:19:16	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 3	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:19:26	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#3	17:19:33	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[3] Hedef Hacim	0,0
#3	17:19:43	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[1] IPAP Basıncı	20,0
#3	17:20:30	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[25] Yüksek Frekans Alarmı	15,0
#3	17:20:40	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[34] Yüksek FiO2	35,0
#3	17:20:45	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[34] Yüksek FiO2	10,0

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 9 / 10

#3	17:21:25	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[25] Yüksek Frekans Alarmı	0,0
#3	17:21:30	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 3	[34] Yüksek FiO2	0,0
#3	17:21:46	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 1	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:21:50	06.05.2026	Setup 3	PSV	Setup 1	[3] Hedef Hacim	0,0
#3	17:21:53	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#3	17:21:59	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 1	[10] İç Çekme	1,0
#3	17:24:50	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 2	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:24:56	06.05.2026	Setup 1	PCV	Setup 2	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:25:06	06.05.2026	Setup 2	CPAP	Setup 2	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#3	17:25:10	06.05.2026	Setup 2	CPAP	Setup 2	[24] Apne Alarmı	10,0
#3	17:26:11	06.05.2026	Setup 2	CPAP	Setup 1	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#3	17:26:13	06.05.2026	Setup 1	VCV	Setup 1	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#3	17:26:21	06.05.2026	Setup 1	VCV	Setup 1	[3] Hedef Hacim	300,0
#3	17:27:44	06.05.2026	Setup 1	VCV	Setup 1	[6] Maks. Basınç	60,0
#3	17:27:48	06.05.2026	Setup 1	VCV	Setup 1	[7] Min. Basınç	7,0
#3	17:27:51	06.05.2026	Setup 1	VCV	Setup 1	[10] İç Çekme	0,0
#4	17:28:39	06.05.2026	Setup 1	VCV	Setup 2	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#4	17:28:42	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#4	17:28:45	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[3] Hedef Hacim	350,0
#4	17:28:53	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[15] Min. İnspirasyon Süresi	1,3
#4	17:29:09	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[25] Yüksek Frekans Alarmı	7,0
#4	17:29:15	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	10,0
#4	17:30:12	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[34] Yüksek FiO2	0,0
#4	17:30:18	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[25] Yüksek Frekans Alarmı	0,0
#4	17:30:41	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 2	[11] İnspirasyon Tetikleme	7,0
#4	17:30:51	06.05.2026	Setup 2	PSV	Setup 1	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#4	17:30:56	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#4	17:31:03	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	[12] Ekspirasyon Tetikleme	50,0
#4	17:31:08	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	[15] Min. İnspirasyon Süresi	1,4
#4	17:31:26	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 3	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#4	17:31:30	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 3	[1] IPAP Basıncı	22,0
#4	17:31:33	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 3	[2] PEEP Basıncı	6,0
#4	17:31:52	06.05.2026	Setup 3	PCV	Setup 3	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#4	17:32:03	06.05.2026	Setup 3	PCV	Setup 3	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	200,0
#4	17:32:36	06.05.2026	Setup 3	PCV	Setup 3	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#5	17:33:21	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[3] Hedef Hacim	0,0
#5	17:33:26	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[5] İnspirasyon Süresi	1,2
#5	17:33:45	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 2	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#5	17:33:48	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 2	[3] Hedef Hacim	400,0
#5	17:33:52	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 2	[4] Frekans	20,0
#5	17:33:59	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#5	17:34:07	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	100,0

Model: VENTISENSE PRO Seri: VP09260520 YZ: 1.31 | 06 Mayıs 2026

06 May 2026 – 06 May 2026 | 8 seans | Toplam: 2h 03m

Sayfa 10 / 10

#5	17:34:48	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	0,0
#5	17:35:32	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[6] Maks. Basınç	23,0
#5	17:35:50	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[6] Maks. Basınç	20,0
#5	17:36:05	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[3] Hedef Hacim	250,0
#6	18:05:49	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[4] Frekans	15,0
#6	18:07:51	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[5] İnspirasyon Süresi	1,0
#6	18:16:50	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[2] PEEP Basıncı	7,0
#6	18:17:18	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	250,0
#6	18:18:01	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[1] IPAP Basıncı	18,0
#6	18:18:36	06.05.2026	Setup 1	PCV-A	Setup 1	[11] İnspirasyon Tetikleme	8,0
#7	18:33:24	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 2	[3] Hedef Hacim	350,0
#7	18:33:43	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 1	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#7	18:33:47	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 1	>> MOD DEĞİŞİMİ	
#7	18:34:04	06.05.2026	Setup 2	VCV	Setup 1	[1] IPAP Basıncı	20,0
#7	18:34:07	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	>> AYAR DEĞİŞİMİ	
#7	18:34:47	06.05.2026	Setup 1	SIMV-P	Setup 1	[27] Yüksek İnspirasyon Hacmi Alarmı	350,0
#8	18:48:24	06.05.2026	Setup 2	PCV	Setup 2	[1] IPAP Basıncı	22,0
#8	18:52:51	06.05.2026	Setup 2	PCV	Setup 2	[4] Frekans	20,0